




Camaras Hiperbáricas del
Rio Grande S. de R.L. de C.V.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MODELO VG-110



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO:



1.- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EQUIPO

La Cámara VG110 es una cámara hiperbarica del tipo monoplaza, designada para realizar tratamientos o terapias de oxigenación hiperbárica en un ambiente estéril a presiones de 1.5 a 3 ATAs suministrando oxígeno al 100 % al paciente a través de mascarilla.

Especificaciones Tecnicas	VG-110
Numero de Plazas (pacientes)	1
Diametro	80 cm
Largo	225 cm
Altura para acceso	150 cm
Ancho para acceso	115 cm
Peso Aprox.	600 kg
Puerta de acceso	Exterior
Volumen Interior	1.2 m ³
Antecamara	x
Temperatura de trabajo	0° TO 38° C
Presion Maxima de Operación	(3 ATA)30 psig (66 FSW) 2.07 bar
Incremento de presión	1.5 - 5 psi/min
Presion de Oxigeno	50 TO 90 psig
Mirillas Acrilico	3
Precio	

2.- CERTIFICACIONES

Construido bajo lineamientos de código de diseño y fabricación y Certificaciones Internacionales

- ✓ Registro Sanitario (COFEPRIS).
- ✓ ISO 13485 ISO 9001
- ✓ Hecho en Mexico.
- ✓ ASME (American Society of Mechanical Engineers)
- ✓ NFPA (National Fire Protection Association) NFPA-99 Chapter 19 Health Care Facilities, 1999 Edition.

2.- INSTALACION Y ENTRENAMIENTO

2.1.- INSTALACION DE LOS EQUIPOS

Es esencial que en el momento en que el cliente decida adquirir la Cámara Hiperbárica, se de inicio a un trabajo de proyecto conjunto con nuestros especialistas para brindarle asesoría y participar juntos en el diseño y aspectos decisivos como por ejemplo:

- 1.-¿Dónde colocar la Cámara Hiperbárica?
- 2.-¿Dónde instalar el compresor y sistemas de suministro de gases, etc.?
- 3.-Normas de seguridad para la instalación, etc...
- 4.-Fotografías de la ubicación y dirección exacta.
- 5.-En caso de no cumplir los datos antes mencionados no será incluida la instalación por parte de la empresa.

En caso de que por causas ajenas a CAMARAS HIPERBARICAS DEL RIO GRANDE S DE R.L. DE C.V. el entrenamiento se prolongue más allá del tiempo máximo indicado por nosotros, el Cliente asumirá los costos y gastos resultantes por el tiempo de prolongación de nuestra estadía en sus instalaciones.

A solicitud del cliente CAMARAS HIPERBARICAS DEL RIO GRANDE S DE R.L. DE C.V. está en disposición de brindar una cotización para el servicio de mantenimiento y pruebas periódicas de la cámara hiperbárica que no está incluido en el precio de venta.

3.- GARANTÍAS

Condiciones de Garantía después de la entrega:

- 1 Año para todos los equipos y accesorios, exceptuando los
◦ consumibles y eléctricos tales como: celdas de analizadores, grasas, o-rings, juntas, empaques, fusibles, diafragmas, filtros, lámparas, etc.
- 5 Años para el recipiente de la Cámara Hiperbárica.
◦
- 5 Años para los recipientes metálicos de la estación de reserva de
◦ aire comprimido respirable.

Las condiciones de Garantía mencionadas anteriormente solo aplicarán contra defectos de materiales y/o mano de obra y siempre que el cliente cumpla con los programas normales de mantenimiento establecidos por el fabricante en la documentación entregada a él.

Cámaras Hiperbáricas del Río Grande S. de R.L. de C.V. no se hace responsable por modificaciones realizadas posteriormente por el cliente y/o mal uso de la misma.

En los casos de averías y/o roturas causadas por negligencias, violaciones de las Instrucciones de operación y de las Medidas de Seguridad, pérdida o sustracción de partes y elementos de los equipos o incorrecta operación de los mismos, no podrán regir las condiciones de Garantía. Así mismo, si no se realiza mínimo un mantenimiento anual de la Cámara Hiperbarica.


CAMARAS HIPERBARICAS DEL RIO GRANDE S DE RL DE CV no se hace responsable por el mal uso o negligencia que pudieran causar un daño a terceros.

CAMARAS HIPERBARICAS DEL RIO GRANDE no se hace responsable por ninguna negligencia en la operación de la Cámara Hiperbarica de nuestra marca. Es requisito contar con personal capacitado con un curso mínimo de Tender el cual deberá ser acreditado con algún documento oficial.

LIC. VALERIE A. PIZZUTO

DIRECTORA COMERCIAL

CAMARAS HIPERBARICAS DEL RIO GRANDE S DE R.L. DE C.V.




DIBUJO DEL EQUIPO:



VG-110



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Y DIBUJO DEL EQUIPO:



VG-110

Cotización

NO INCLUYE I.V.A.

INCLUYE ENVIO EN LA REPUBLICA MEXICANA, SEGURO
DE TRASLADO, CAPACITACION TECNICA E INSTALACION.

CONDICIONES DE PAGO 50% ANTICIPO

50% AL SALIR DE PLANTA

Accesorios adicionales

1 Mascarilla

1 Valvula reguladora de oxigeno

1 Brazaletes antiestatica

1 Colchoneta de tela retardante de fuego

1 Almohada del mismo material

Datos de depósito



Camaras Hiperbáricas del Rio Grande S. de R.L. de C.V.